

Médical



DR. WEIGERT



Retraitement des endoscopes
flexibles en laveur-désinfecteur



neodisher® MediClean forte
neodisher® Septo DN

Retraitement des endoscopes en laveur-désinfecteur



Désinfection aux aldéhydes: La variante pratiquement inodore.



neodisher® MediClean forte

**Le premier détergent alcalin
pour endoscopes flexibles:**

- Respect des instruments malgré un pH élevé
- Excellent pouvoir détergent
- Documenté pour la première fois par une expertise
- Efficace même à basse température



neodisher® Septo DN

Le désinfectant pratiquement inodore pour endoscopes flexibles

- Pratiquement inodore
- Risque d'inhalation limité par rapport aux produits courants contenant une proportion plus élevée en glutardialdéhyde
- Spectre microbiologique étendu: Bactéricide, fongicide, tuberculocide, virucide
- Non agressif, pour une durée de vie étendue des endoscopes
- Convient à tous les endoscopes des constructeurs reconnus



Le retraitement avec neodisher® MediClean forte et neodisher® Septo DN permet une **réduction de min. 9 log**. L'efficacité est démontrée par expertises.

Respecte le matériel · Pratiquement inodore · Eprouvé en pratique



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 · D-20539 Hamburg

Telefon: (0)40/789 60-0
Telefax: (0)40/789 60-120

e-mail: info@drweigert.de
internet: www.drweigert.de